东莞市迈科仪器设备有限公司

定量取样器

使用说明书

型号:MK-001

前　言

感谢贵司选择了本公司的产品，本公司不仅给贵司提供质量优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。

为确保使用人员之人身安全及仪器的完好性，在使用本仪器前请充分阅览此操作手册，确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、依据标准、构造、操作规范、校正、保养、可能故障的情形及排除方法、电气图等内容。在本操作手册中如有提及之各种“试验规定”、标准时均只作参考用，如贵司觉得有异议请自行检阅相关标准或数据。

特别声明：

- 本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据
- 本操作手册的解释权在本公司

东莞市迈科仪器设备有限公司

电话：0769-82164802

传真：0769-87908625

网址：www.dgmaike168.com

1 概述

是纸张、纸板物理性能检测的专用取样器具，具有取样尺寸范围宽、取样精度高、操作简便等优点，是造纸、包装、检测和科研等行业和部门理想的辅助试验器具。

本仪器符合以下标准：ISO536、GB/T451.2 和 QB/T1671 的有关规定。

2 主要技术特性

2.1 仪器主要技术参数

取样面积	100 cm^2
取样面积误差	±0.35 cm^2
准确度	±0.2mm
取样厚度	（0.1～1.5）mm
外型尺寸	240*288*435 mm
重量	约 25 kg

2.2 仪器说明图



2.3 仪器正常工作的环境条件

2.3.1 室温：20℃±10℃

2.3.2 工作环境清洁，工作台平整稳固。

3 操作概述

3.1 取样

取卷筒纸的三层以内的纸样或平板纸的上面三张以下的纸样，剪成若干四方纸样（面积>400cm^2）以便取样器切成无皱褶平整的试样。取样时最好取整张纸的中间位置做测试。

3.2 取样器使用过程

1.拆开外包装

2.上紧手压柄

3.组装完成

4.将纸样放入

5.用力压下手柄

6.手压柄复位取得试样



7.取样完成

5 维护保养

操作者应熟读使用说明书，严格遵守操作规程，并做好以下维护保养工作：

5.1 经常保持仪器清洁，长期不用时应加罩防尘；

5.2 仪器出现故障时，应请专业人员检查排除，切勿带病工作，以免影响仪器的精度；

5.3 坚持周期检定，保持仪器优良技术状态。检定周期一般为一年。

6 标准配备

名称	数量
MK-001 定量取样器	1 台
使用说明书	1 份
产品合格证	1 份
产品保修卡	1 份

产 品 保 修 卡

客　　户：

保修时间：2015 年 07 月 12 日至 2016 年 07 月 11 日

保修纪录				
编号	品名	项目	数量	维修日期

保修范围 ：

（一）本保修卡保修 12 个月，如因质量不良，或制造之故障，可免费修理（消耗不在免费范围内）。

（二）遇下列情形时酌收成本材料费。

1、由于天灾地变而损毁；

2、由于使用者之过失或操作错误以致故障；

3、未按规定使用电源电压导致损坏；

4、自行拆修以致损坏；

5、借给他人使用以致故障

6、自行改装以致故障；

7、转移或运送不慎而以致故障；

8、远程地区之服务；

注：每次服务时请提示纪录卡，如该卡遗失，保修期以送货之日起计时。

（三）如有故障请依书面联络函传真我公司,并电话确认，我方将迅速安排人员为您提供服务。

东莞市迈科仪器设备有限公司